



DISPOSITIF D'ATTACHES-CHEVILLES CAPITONNEES POUR PATIENT PERTURBE ET AGITE « STABILITY GLOBAL »

FAGOFIX / FAG



Fonctions

Maintien au lit des personnes perturbées et agitées

Indications et usages

Ce système permet au patient de conserver une liberté de mouvement presque totale tout en empêchant les chutes hors du lit.

Les positions ventrale, dorsale, latérale ou semi-assis restent possibles.

Précautions

Dispositif médical de classe I.

Nous vous conseillons de lire attentivement cette notice avant toute utilisation et de consulter votre professionnel de santé en cas d'inconfort ou de douleur.

Suivre les conseils du professionnel qui a prescrit ou délivré ce produit.

Pour des raisons d'hygiène et de performance, l'utilisation de ce produit est strictement personnelle.

Afin de garantir une longue durée de vie et un bon fonctionnement du dispositif, il est déconseillé de l'utiliser en contact direct avec des produits contenant des graisses ou acides (pommades, lotions, etc.).

Veillez à utiliser la bonne taille et la bonne référence.

Surveiller le patient toutes les heures. Pose & utilisation uniquement sur prescription médicale.

Veiller à serrer les sangles modérément afin de ne pas blesser le patient.

Vérifier que le réglage des attaches poignets, chevilles & taille soit bien fait de façon à ce que le patient ne puisse pas s'extraire des attaches.

Ne pas passer les perfusions ou autres entre la sangle de maintien et le patient.

Ne pas les laisser à la portée de ce dernier. Pour plus de sécurité, mettre les barrières de lit.

Ne pas laisser les clés aimantées à la portée du patient.

Vérifier que les fermetures magnétiques soient bien verrouillées.

Pour les patients très agités et/ou très perturbés, utiliser impérativement le dispositif complet.

Conseils de stockage et d'entretien

Nous recommandons de stocker ce dispositif dans son emballage d'origine, à température ambiante, à l'abri de l'humidité et d'une exposition directe à la lumière.

Lavage : lingerie industrielle : lavage à froid.

Séchage à 90° : risque de rétrécissement.

Attention : Bien enlever les fermetures et clés magnétiques.

Veiller à ce que les performances ne soient pas altérées avant toute remise en place du dispositif.

Composition

Coton, polyester, PVC, polyamide, acier nickelé, polyuréthane

Tableau des tailles :

Dispositif d'attache-chevilles capitonnée STABILITY GLOBAL		
Taille	Coloris	Code ACL
Enfant	Blanc/Beige	37600 3544183 0
Adulte		37600 3544184 7

Groupe SOBER SAS

Siège Social : 391 rue de l'Avenir – Z.I. des Vernailles Ouest – 69830 SAINT-GEORGES-DE-RENEINS – France

Tél. : 33 (0)4 74 60 75 03 - Fax : 33 (0)4 74 60 71 06


Contact commercial : commercial@sober.fr - Contact utilisateur : groupe soberetvous@sober.fr

Date de mise à jour de la fiche : mai-17 - Année d'apposition du marquage CE : 2016



DISPOSITIF D'ATTACHES-CHEVILLES CAPITONNEES POUR PATIENT PERTURBE ET AGITE « STABILITY GLOBAL »

FAGOFIX / FAG



Fonctions

Maintien au lit des personnes perturbées et agitées

Indications et usages

Ce système permet au patient de conserver une liberté de mouvement presque totale tout en empêchant les chutes hors du lit.

Les positions ventrale, dorsale, latérale ou semi-assis restent possibles.

Précautions

Dispositif médical de classe I.

Nous vous conseillons de lire attentivement cette notice avant toute utilisation et de consulter votre professionnel de santé en cas d'inconfort ou de douleur.

Suivre les conseils du professionnel qui a prescrit ou délivré ce produit.

Pour des raisons d'hygiène et de performance, l'utilisation de ce produit est strictement personnelle.

Afin de garantir une longue durée de vie et un bon fonctionnement du dispositif, il est déconseillé de l'utiliser en contact direct avec des produits contenant des graisses ou acides (pommades, lotions, etc.).

Veillez à utiliser la bonne taille et la bonne référence.

Surveiller le patient toutes les heures. Pose & utilisation uniquement sur prescription médicale.

Veiller à serrer les sangles modérément afin de ne pas blesser le patient.

Vérifier que le réglage des attaches poignets, chevilles & taille soit bien fait de façon à ce que le patient ne puisse pas s'extraire des attaches.

Ne pas passer les perfusions ou autres entre la sangle de maintien et le patient.

Ne pas les laisser à la portée de ce dernier. Pour plus de sécurité, mettre les barrières de lit.

Ne pas laisser les clés aimantées à la portée du patient.

Vérifier que les fermetures magnétiques soient bien verrouillées.

Pour les patients très agités et/ou très perturbés, utiliser impérativement le dispositif complet.

Conseils de stockage et d'entretien

Nous recommandons de stocker ce dispositif dans son emballage d'origine, à température ambiante, à l'abri de l'humidité et d'une exposition directe à la lumière.

Lavage : lingerie industrielle : lavage à froid.

Séchage à 90° : risque de rétrécissement.

Attention : Bien enlever les fermetures et clés magnétiques.

Veiller à ce que les performances ne soient pas altérées avant toute remise en place du dispositif.

Composition

Coton, polyester, PVC, polyamide, acier nickelé, polyuréthane

Tableau des tailles :

Dispositif d'attache-chevilles capitonnée STABILITY GLOBAL		
Taille	Coloris	Code ACL
Enfant	Blanc/Beige	37600 3544183 0
Adulte		37600 3544184 7

Groupe SOBER SAS

Siège Social : 391 rue de l'Avenir – Z.I. des Vernailles Ouest – 69830 SAINT-GEORGES-DE-RENEINS – France

Tél. : 33 (0)4 74 60 75 03 - Fax : 33 (0)4 74 60 71 06

Contact commercial : commercial@sober.fr - Contact utilisateur : groupe soberetvous@sober.fr

Date de mise à jour de la fiche : mai-17 - Année d'apposition du marquage CE : 2016







**DISPOSITIF D'ATTACHES-CHEVILLES CAPITONNEES
POUR PATIENT PERTURBE ET AGITE « STABILITY GLOBAL »**
FAGOFIX / FAG

Mise en place

La mise en place de ce produit est réalisée sous la responsabilité du praticien.
Ce produit ne doit pas être en contact direct avec une plaie.

Dispositif d'attaches-chevilles capitonné STABILITY GLOBAL :

1. Entourer les 2 extrémités de la grande sangle au cadre du lit et verrouiller celles-ci aux 2 fermetures magnétiques boucle + pivot.
2. Positionner les chevilles sur la bouclette coton des attaches.
3. Fermer les capitons sur les chevilles et à l'aide des sangles, faire le tour des capitons puis passer celles-ci dans les parties formant une boucle de la grande sangle.
4. Verrouiller le tout à l'aide des fermetures magnétiques boucle + pivot.





**DISPOSITIF D'ATTACHES-CHEVILLES CAPITONNEES
POUR PATIENT PERTURBE ET AGITE « STABILITY GLOBAL »**
FAGOFIX / FAG

Mise en place

La mise en place de ce produit est réalisée sous la responsabilité du praticien.
Ce produit ne doit pas être en contact direct avec une plaie.

Dispositif d'attaches-chevilles capitonné STABILITY GLOBAL :

1. Entourer les 2 extrémités de la grande sangle au cadre du lit et verrouiller celles-ci aux 2 fermetures magnétiques boucle + pivot.
2. Positionner les chevilles sur la bouclette coton des attaches.
3. Fermer les capitons sur les chevilles et à l'aide des sangles, faire le tour des capitons puis passer celles-ci dans les parties formant une boucle de la grande sangle.
4. Verrouiller le tout à l'aide des fermetures magnétiques boucle + pivot.



Groupe SOBER SAS

Siège Social : 391 rue de l'Avenir – Z.I. des Vernailles Ouest – 69830 SAINT-GEORGES-DE-RENEINS – France
Tél. : 33 (0)4 74 60 75 03 - Fax : 33 (0)4 74 60 71 06
Contact commercial : commercial@sober.fr - Contact utilisateur : groupesoberevous@sober.fr

Date de mise à jour de la fiche : mai-17 - Année d'apposition du marquage CE : 2016

www.sober.fr



Groupe SOBER SAS

Siège Social : 391 rue de l'Avenir – Z.I. des Vernailles Ouest – 69830 SAINT-GEORGES-DE-RENEINS – France
Tél. : 33 (0)4 74 60 75 03 - Fax : 33 (0)4 74 60 71 06
Contact commercial : commercial@sober.fr - Contact utilisateur : groupesoberevous@sober.fr

Date de mise à jour de la fiche : mai-17 - Année d'apposition du marquage CE : 2016

www.sober.fr

